



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх. № <u>3445</u>
<u>30.10</u> 20 <u>18</u> г.

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми господа,

На 24.10.2017 г. в "МБАЛ – ШУМЕН" АД се получи молба за разяснение с Вх. № 3308/24.10.2017 г., със следното съдържание:

«.....»

Относно: Обществена поръчка с № 00444-2017-0008 от 5.10.2017 г., с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ-Шумен АД“

На основание чл. 33(1) от ЗОП се обръщаме към Вас с молба за разяснение по следните изисквания, поставени от Възложителя, по обособена позиция № 1 – „Операционна урологична маса със стандартна окомплектовка“:

- 1. Изискване на Възложителя: „четири вариации”
Въпрос : Четири секционен плот на масата ли имате предвид?*
- 2. Изискване на Възложителя : „изравняване на палетите”
Въпрос : Нулева позиция на плота на масата ли имате предвид?*
- 3. Изискване на Възложителя : „-Обща дължина на плота на маса: не по-малко от 2125 мм”
Въпрос : Какъв ще е недостатък, ако плота е с дължина 2120 мм.?*
- 4. Изискване на Възложителя : „-Обща ширина на плота за маса: не по-малко от 600 мм”;
„-Ширина и дебелина на матрака: не по-малко от 450x55 мм”
Въпрос : Какъв ще е недостатък, ако плота е с по-компактни размери: ширина 580 мм. и същевременно по-широки ергономични, антидекубитални матраци с ширина минимум 500 мм. и височина 50 мм.?!*
- 5. Изискване на Възложителя: „-Регулиране на седалката за облегалката/облегалката на седалката – най-малко от -30° до + 90°”
Въпрос : Моля посочете при каква хирургична процедура „седалката за облегалката/облегалката на седалката” е нужно да се постави +90°?*

6. Изискване на Възложителя: „-Регулиране на сегмента на краката – най-малко от -90° до $+25^{\circ}$ ”

Въпрос : Моля посочете при каква хирургична процедура „сегмента на краката” – е нужно да се постави $+25^{\circ}$?

7. Изискване на Възложителя: „-Наклон на ъгъла на сегмента на облегалката на главата от -25° до $+90^{\circ}$ ”

8. Изискване на Възложителя: „- Максимално допустимо натоварване – до 180 кг”

Въпрос: Кое налага толкова нисък капацитет на товароносимост на масата „до 180 кг.”?

9. Изискване на Възложителя: „-Максимално общо тегло на масата – до 290 кг”

Въпрос : Моля посочете практическото значение от експлоатационна гледна точка, ако една операционна маса вместо 290 кг. Тежи 300 кг.!

В очакване на Вашия отговор,

С уважение:

.....»

В съответствие с разпоредбите на чл. 33 ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в установения в закона срок, даваме следното разяснение по постъпилата молба:

По отношение на Въпрос № 1:

Под „четири вариации“ действително се има предвид четири секционен плот на урологичната операционна маса.

По отношение на Въпрос № 2:

Под „изравняване на палетите“ се има предвид нулева позиция на плота на масата.

По отношение на Въпрос № 3:

Поради допуснатата техническа грешка в Техническата спецификация за Обособена позиция № 1 – Операционна урологична маса със стандартна окомплектовка изискването „Обща дължина на плота за маса: не по-малко от 2125 мм“ следва да се чете „Обща дължина на плота за маса: до 2125 мм. включително“.

По отношение на Въпрос № 4:

Изисквания на Възложителя „Обща ширина на плота за маса: не по-малко от 600 мм“, „Ширина и дебелина на матрака: не по-малко от 450 x 55 мм“

Изискванията на Възложителя са с оглед по-голямо удобство на пациента и на хирурга. С посочените параметри обхващаме по-голям кръг от пациенти с различно тегло. Дебелината на матрака е съобразена с практиката ни.

По отношение на Въпрос № 5:

Изискване на Възложителя „Регулиране на седалката за облегалката/облегалката на седалката – най-малко от -30° до $+90^{\circ}$ “

Параметрите в посочения от страна на Възложителя диапазон дават възможност за участие на максимален брой потенциални участници в процедурата. Това е съобразено и с нуждите на специалистите в отделението.

По отношение на Въпрос № 6:

Изискване на Възложителя „Регулиране на сегмента на краката – най-малко от - 90° до + 25°“

Параметрите в посочения от страна на Възложителя диапазон дават възможност за участие на максимален брой потенциални участници в процедурата. Това е съобразено и с нуждите на специалистите в отделението.

По отношение на Въпрос № 7:

Изискване на Възложителя „Наклон на тъгла на сегмента на облегалката на главата от - 25° до + 90°“

Параметрите в посочения от страна на Възложителя диапазон дават възможност за участие на максимален брой потенциални участници в процедурата. Това е съобразено и с нуждите на специалистите в отделението.

По отношение на Въпрос № 8:

Изискване на Възложителя „Максимално допустимо натоварване – до 180 кг“

Посочените параметри задоволяват напълно нуждите на отделението, съобразено статистически с теглото на пациентите ни. Посочения от страна на Възложителя параметър дава възможност за участие на максимален брой потенциални участници в процедурата.

По отношение на Въпрос № 9:

Изискване на Възложителя „Максимално общо тегло на масата – до 290 кг“

Посочения от страна на Възложителя параметър дава възможност за участие на максимален брой потенциални участници в процедурата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/д-р Атанас Георгиев Атанасов

