



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net



РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми господа,

На 19.10.2017 г. в "МБАЛ – ШУМЕН" АД се получи молба за разяснение с Вх. № 3264/19.10.2017 г., със следното съдържание:

«.....»

Относно: ОП с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ-Шумен АД“

На основание чл. 33(1) от ЗОП бихме искали да помолим за разяснение, като зададем следните уточняващи въпроси към Възложителя относно техническото задание посочено в Документацията:

1. Въпрос към техническата спецификация на ОП 1 ОПЕРАЦИОННА УРОЛОГИЧНА МАСА СЪС СТАНДАРТНА ОКОМПЛЕКТОВКА

Различните производители на операционни маси предлагат различен обхват на стандартните аксесоари.

Моля, възложителят да уточни вида и броя на стандартните аксесоари за урология, които следва да бъдат включени в окомплектовката на операционната маса, в зависимост от конкретните клинични нужди.

Например следва ли да се включат:

- Анестезиологичен екран – 1 бр.
- Колан да тяло – 1 бр.
- Колан за ръка – 2 бр.
- Колан за крак – 2 бр.
- Стойка за венозни инфузии – 1 бр.
- Масичка за инструменти – 1 бр.
- Опора за ръка с колан – 1 бр.
- Леген – 1 бр.
- Кракодържатели тип Гьопел – 2 бр.
- Касетодържач за рентгенова касета – 1 бр.

2. Въпрос към изискването в техническата спецификация на ОП 8 Инфузионна помпа:

- **Независимо захранване – батерии: непрезареждащи се – 4 x 1,5 алкално-манганови, време за работа > 60 часа при скорост ≤ 10 ml/h; Автоматично преминаване на батерии при отпадане на захранването;**

Капацитетът на алкално-мангановите батерии технологично покрива между 4 и 8 часа автономна работа. Реалистично би било да се очаква автономна работа над 6 часа, но не и над 60 часа.

Ще се допуснат ли до оценяване модели с алкално-манганови батерии за над 6 часа автономна работа“

С уважение:.....»

В съответствие с разпоредбите на чл. 33 ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в установения в закона срок, даваме следното разяснение по постъпилата молба:

По отношение на Въпрос № 1:

Стандартните аксесоари, които следва да бъдат включени в окомплектовката на операционната урологична маса са:

1. Анестезиологичен екран – 1 бр.;
2. Опора за рамо – 2 бр.;
3. Опора за тяло – 1 бр.;
4. Странична опора – 1 бр.;
5. Опора за крак с колан – 2 бр.;
6. Опора за ръка – 2 бр.;
7. Опора за глава – 1 бр.

По отношение на Въпрос № 2:

Поради техническа грешка в Техническата спецификация за Обособена позиция № 8 – Инфузионни помпи неправилно е изписано времето за автономна работа на инфузионната помпа. Изискването „-Независимо захранване – батерии: непрезареждащи се – 4 x 1,5 алкално-манганови, време за работа > 60 часа при скорост ≤ 10 ml/h; Автоматично преминаване на батерии при отпадане на захранването“ следва да се чете „- Независимо захранване – батерии: непрезареждащи се – 4 x 1,5 алкално-манганови, време за работа > 6 часа при скорост ≤ 10 ml/h; Автоматично преминаване на батерии при отпадане на захранването“. В този смисъл модели с алкално-манганови батерии за над 6 часа автономна работа ще бъдат допуснати до оценяване.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Заличена информация
на осн. чл.2, ал.2 ЗЗЛД
във връзка с чл. 42.ал.5
ЗОП

д-р Атанас Гес