„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

За изпълнителен директор
Д-р Недко Недев
заместник-изпълнителен директор
Заповед за заместване №19/14.01.19

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/д-р Димитър Георгиев Костов/

Дата:15.01.2019г.

Д О К Л А Д

На комисията, назначена със Заповед № 13/07.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН" АД, за провеждане на открита процедура по ЗОП в състав:

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор Административно - стопански блок в "МБАЛ-ШУМЕН" АД;

Членове:

Красимира Антонова Димитрова-Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН" АД;

д-р Недю Димитров Недев – ВрИД Началник на Отделение по Хемодиализа в "МБАЛ-ШУМЕН" АД;

инж. Росен Валентинов Желев – инженер ел. машини и апарати в Отделение по Хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД;

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК.

Уважаеми господин Изпълнителен директор,

В изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, представяме Ви резултатите от проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН" АД, по обособени позиции", открита с Решение № 14/23.11.2018 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -ШУМЕН" АД.

В обявения от Възложителя срок за получаване на оферти, в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН" АД постъпиха 2 /две/ оферти, както следва:

1. Оферта с вх. № 43 от 03.01.2019 г., подадена в 11:40 часа от **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособени позиции с №№ 1 и 2;
2. Оферта с вх. № 46 от 03.01.2019 г., подадена в 13:30 часа от **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** по Обособени позиции с №№ 1 и 2;

На първото заседание на комисията, проведено на 07.01.2019 г. в 13:00 часа, не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, постъпили от участниците и оповести гласно съдържащите се във всяка една от тях документи. Комисията констатира наличието и на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" във всяка една от офертите на участниците. След това съдържащите се в техническите предложения на участниците документи и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от най-малко трима от членовете на комисията.

На второ заседание, проведено на 07.01.2019 г. в 16:30 часа комисията разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. При разглеждане на еЕЕДОП на **„СОЛОМЕД" ЕООД** и **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** комисията констатира, че не са налице несъответствия и непълноти, както и основанията за

отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1 от ЗОП. И двамата участници са представили данни относно професионалната годност и техническите си възможности, които съответстват на заложените критерии за подбор. Резултатите от работата си комисията отрази в Протокол № 1.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие следните участници за оферираните от тях Обособени позиции, както следва:

1. **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособени позиции с №№ 1 и 2;
2. **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** по Обособени позиции с №№ 1 и 2;

На трето заседание, проведено на 08.01.2019 г. в 17:00 часа комисията в състав, съгласно Заповед № 13/07.01.2019Г. се събра, за да разгледа представените от участниците технически предложения, при което установи, че и двамата участници **„СОЛОМЕД" ЕООД** и **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** са представили всички определени от Възложителя документи. Относно техническите предложения на участниците комисията установи следното:

1. Техническото предложение на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат кореспондира с изискванията на Възложителя, данните от таблицата за съответствие се потвърждават от приложените каталози и брошури.

2. Техническото предложение на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система кореспондира с изискванията на Възложителя, данните от таблицата за съответствие се потвърждават от приложените каталози и брошури.

3. Техническото предложение на участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** за Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация за Обособена позиция № 1, по следните показатели:

3.1. При изискване на Възложителя, описано в т. 9 от техническата спецификация *„Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти, като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин, а тези за студена – на 600 мл/мин"* участникът предлага хемодиализен апарат с дебит от 800 мл/мин с пик от 1100 мл/мин, без да става ясно дали става въпрос за студена или топла дезинфекция;

3.2. Относно изискване на Възложителя, описано в т. 19 от техническата спецификация *„Да притежава контрол на натрия в плазмата"*, хемодиализния апарат, който участникът предлага осигурява контрол на натрия в диализния разтвор, а не в плазмата;

3.3. По отношение изискването на Възложителя, конкретизирано в т. 22 от техническата спецификация *„Да притежава централно блокиране на ходовата част"*, участникът предлага хемодиализен апарат с блокиране на отделните колела поотделно;

3.4. Относно изискване на Възложителя, описано в т. 23 от техническата спецификация *„Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор"*, в представените от участника каталог и ръководство на оператора липсва информация, потвърждаваща съответствието с това изискване на Възложителя;

3.5. По отношение условието на Възложителя, посочено в т. 24 от техническата спецификация *„Да има автоматично адаптиране на диализния поток на базата на зададения кръвен поток"*, в представените от участника каталог и ръководство на оператора липсва информация, потвърждаваща съответствието с това изискване на Възложителя;

3.6. При изискване на Възложителя, конкретизирано в т. 27 от техническата спецификация *„Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия"*, от приложените каталог и ръководство на оператора се установи, че инсталирането на помпения сегмент на кръвната линия може да се извършва само ръчно, а не полуавтоматично;

3.7. Относно изискването на Възложителя, описано в т. 29 от техническата спецификация *„Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата"*, от приложеното Ръководство на оператора се установи, че

предлагания от участника хемодиализен апарат няма автоматизирана програма, покриваща този критерий.

С оглед на констатираните несъответствия, и на основание чл.107, т. 2, буква „а" от ЗОП, комисията единодушно предлага за отстраняване от откритата процедура участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** за Обособена позиция № 1.

4. Техническото предложение на участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** за Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация за Обособена позиция № 2, по следните показатели:

4.1. Относно условието на Възложителя, посочено в т. 9 от техническата спецификация *„Модулът за обратна осмоза да бъде мобилен с модулен дизайн, даващ възможност за бъдещо надграждане"*, от приложените каталог и ръководство на оператора не става категорично ясно дали предлаганата водоочистваща система би могла да бъде надградена;

4.2. По отношение на условието на Възложителя, посочено в т. 18 от техническата спецификация *„Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за мрежово свързване чрез FTP /File Transfer Protocol/ връзка. Чрез тази връзка да се осъществява достъп до SD /Secure Digital/ картата. Чрез последната да се извършва софтуерно обновяване или евентуална промяна на оперативните данни и настройки на системата. Да има възможност за дистанционно наблюдение от диализната зала, през компютърна мрежа и отдалечен достъп през интернет, чрез вграден в системата web сървър"* участникът е посочил съответствие само по първите два елемента – относно възможността за мрежово свързване чрез FTP /File Transfer Protocol/ връзка и достъп до SD /Secure Digital/ картата, а от представените документи не става ясно по категоричен начин отговаря ли предлаганата водоочистваща система на всички компоненти на условието на Възложителя, посочени в т. 18 от техническата спецификация на Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система;

4.3. Относно изискванията на Възложителя, посочени в т. 19 от техническата спецификация *„Електронния блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за директна връзка между осмоза и компютър чрез crossover /обърнат/ кабел или през компютърна мрежа"*, от приложените каталог и ръководство на оператора не се установи по категоричен начин съответствие с условието на Възложителя, конкретизирано в т. 19 от Техническата спецификация по отношение на Обособена позиция № 2;

4.4. По отношение на условието на Възложителя, конкретизирано в т. 20 от техническата спецификация *„Обратната осмоза да бъде оборудвана със система за пестене на вода, която да бъде „динамична" с цел значително намаляване на разходите за изразходваната вода. Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода, който да е с вместимост 20 литра"*, предлаганата от участника водоочистваща система не разполага с буферен съд.

С оглед на констатираните несъответствия, и на основание чл.107, т. 2, буква „а" от ЗОП, комисията единодушно предлага за отстраняване от откритата процедура участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** за Обособена позиция № 2.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне до следващия етап на процедурата участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 09.01.2019 г. чрез съобщение, публикувано в Профила на купувача на „МБАЛ-ШУМЕН" АД в електронното досие на откритата процедура, бяха оповестени датата и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник.

В четвърто, открито заседание, проведено на 14.01.2019 г. в 13:00 часа, комисията се събра, за да отвори и оповести ценовите предложения на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД**. На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. Комисията отвори и оповести ценовите предложения на допуснатия участник. Същите бяха подписани от председателя и от членовете на комисията.

Комисията разгледа по същество ценовите предложения, при което установи, че същите са представени в съответствие с изискванията на Възложителя.

Участникът **„СОЛОМЕД" ЕООД** е предложил следните цени:

1. По Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат – единична цена с включен ДДС в размер на 21 960,00 /двадесет и една хиляди деветстотин и шестдесет/ лева и обща стойност за Обособена позиция № 1 – Хемодиализни апарати – 8 броя в размер на 175 680,00 /сто седемдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет/ лева с включен ДДС;

2. По Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система – единична цена с включен ДДС в размер на 59 976,00 /петдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и шест/ лева.

Комисията констатира, че предложените от участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** единични цени не надвишават определените от Възложителя максимални стойности на медицинската апаратура по двете Обособени позиции.

Предвид гореизложеното, комисията класира за изпълнител в откритата процедура, както следва:

1. По Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат – **„СОЛОМЕД" ЕООД** – I място;

2. По Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система – **„СОЛОМЕД" ЕООД** – I място.

На 14.01.2019 г. в 16:30 часа, комисията в състав съгласно Заповед № 13/07.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН" АД се събра в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН" АД, гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, за да обобщи резултатите своята работа и да изготви настоящия Доклад.

На основание чл. 60, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ППЗОП комисията Ви отправя следните предложения:

1. С участника **„СОЛОМЕД" ЕООД да бъде сключен договор за** доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура по Обособена позиция № 1 - Хемодиализни апарати и Обособена позиция № 2 - Водоочистваща система;

2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП участникът **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** да бъде отстранен от откритата процедура, тъй като е представил оферта, която не съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

Приложения: Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3.

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/Петинка Петрова/

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ: 1..... /Красимира Димитрова-Кирова/

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

2..... /д-р Недю Недев/

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

3..... /инж. Росен Желев /

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

4..... /Светозар Петков/