„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

**ПРОТОКОЛ № 2**

Днес, 08.01.2019 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от ППЗОП и в изпълнение на Решение № 14/23.11.2018 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН" АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН" АД, по обособени позиции" се събра комисия, назначена със Заповед № 13/07.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН" АД, за провеждане на процедура по ЗОП в състав:

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор Административно-стопански блок в "МБАЛ-ШУМЕН" АД;

Членове:

Красимира Антонова Димитрова-Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН" АД;

д-р Недю Димитров Недев – ВрИД Началник на Отделение по Хемодиализа в "МБАЛ-ШУМЕН" АД;

инж. Росен Валентинов Желев – инженер ел. машини и апарати в Отделение по Хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД;

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК,

**със задача: да разгледа представените технически предложения от допуснатите до този етап на процедурата участници.**

Комисията започна своята работа в 17:00 часа при закрити врата в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН" АД, ул. „Васил Априлов" № 63 – II етаж на Терапевтичен блок.

В хода на работа на комисията бе констатирано следното:

**1.** В папка „Техническо предложение" на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат са представени следните документи:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец Приложение № 2;
- Оторизационни писма;
- Каталози, брошури;
- Таблица за съответствие с техническата спецификация – Образец Приложение № 3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец Приложение № 5;
- Декларация за срок на валидност на офертата – Образец Приложение № 6;

В предложението за изпълнение на поръчката участникът предлага срок за доставка на апаратурата по Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат – до 90 календарни дни; срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 25 календарни дни от доставката й; срок за обучение на персонала за работа с медицинската апаратура – 5 календарни дни, считано от датата на доставката й; гаранционен срок на предлаганата апаратура – 24 месеца от въвеждането в експлоатация; срок за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период – до 5 работни дни от подаване на сигнала; срок за отстраняване на повредата по време на гаранционния период – 5 работни дни от подаване на сигнала, този срок се удължава със съответните срокове на доставка, ако частите не са налични в сервиза на изпълнителя; гаранционен срок на резервните части, вложени при ремонт по време на гаранционния период – 6 месеца;

Комисията единодушно констатира, че не са налице непълноти или противоречия в техническото предложение на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособена позиция № 1 - Хемодиализен апарат, поради което същият се допуска до етап отваряне на ценовото предложение. Техническото предложение кореспондира с изискванията на Възложителя, данните от таблицата за съответствие се потвърждават от приложените каталози и брошури.

**2.** В папка „Техническо предложение" на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система са представени следните документи:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец Приложение № 2;
- Оторизационни писма;
- Каталози, брошури;
- Таблица за съответствие с техническата спецификация – Образец Приложение № 3;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец Приложение № 5;
- Декларация за срок на валидност на офертата – Образец Приложение № 6;

В предложението за изпълнение на поръчката участникът предлага срок за доставка на апаратурата по Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система – до 90 календарни дни; срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 28 календарни дни от доставката й; срок за обучение на персонала за работа с медицинската апаратура – 2 календарни дни, считано от датата на доставката й; гаранционен срок на предлаганата апаратура – 24 месеца от въвеждането в експлоатация; срок за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период – до 5 работни дни от подаване на сигнала; срок за отстраняване на повредата по време на гаранционния период – 5 работни дни от подаване на сигнала, този срок се удължава със съответните срокове на доставка, ако частите не са налични в сервиза на изпълнителя; гаранционен срок на резервните части, вложени при ремонт по време на гаранционния период – 6 месеца;

Комисията единодушно констатира, че не са налице непълноти или противоречия в техническото предложение на участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** по Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система, поради което същият се допуска до етап отваряне на ценовото предложение. Техническото предложение кореспондира с изискванията на Възложителя, данните от таблицата за съответствие се потвърждават от приложените каталози и брошури.

**3.** В папка „Техническо предложение" на участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** по Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат са представени следните документи:

- Пълномощно;
- Предложение за изпълнение на поръчката по Приложение № 2 от документацията за участие;
- Оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура;
- Писмо от производителя на медицинската апаратура, че участникът е дистрибутор на продуктите на производителя на територията на Република България от 01.01.2018 г.;
- Декларация от производителя, че участникът има право да предлага продуктите на определени производители на територията на Република България;
- Каталози;
- Извадки от ръководство за употреба;
- Таблица за съответствие с техническата спецификация по Приложение № 3 от документацията за участие;
- Декларация от производителя, че оферираното медицинско оборудване отговаря на техническите изисквания на Възложителя;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Приложение № 5 от документацията за участие;
- Декларация за срока на валидност на офертата по Приложение № 6 от документацията за участие;
- Декларация за съответствие;
- ЕС сертификат, издаден от нотифициран орган;
- ISO сертификат 13485:2016, издаден на името на производителя;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1.

В предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат участникът предлага срок за доставка на апаратурата – 90 календарни дни; срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 30 календарни дни от доставката й; срок за обучение на персонала за работа с медицинската апаратура – 30 календарни дни, считано от датата на доставката й; гаранционен срок на предлаганата апаратура – 24 месеца от въвеждането в експлоатация; срок за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период – до 3 работни дни от подаване на сигнала; срок за отстраняване на повредата по време на гаранционния период – до 5 работни дни от подаване на сигнала, този срок се удължава със съответните срокове на доставка, ако частите не са налични в сервиза на изпълнителя; гаранционен срок на резервните части, вложени при ремонт по време на гаранционния период – 6месеца.

Комисията пристъпи към преглед на представените документи и констатира, че не са налице липсващи такива. При преглед на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации по Обособена позиция № 1. Влязлата в сила документация за участие е задължителна, както за участниците, така и за помощния орган на Възложителя. Съгласно утвърдената техническа спецификация по Обособена позиция № 1 от процедурата, участникът е длъжен да предложи медицинска апаратура-Хемодиализен апарат, с определени в спецификацията минимални параметри или по-добри. Посочените характеристики са определени като задължителни минимални технически изисквания.

По отношение на предложения от участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** хемодиализен апарат, комисията установи следните несъответствия с изискванията на Възложителя, конкретизирани в техническата спецификация:

1. По отношение на изискването на Възложителя, описано в т. 9 *„Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти, като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин, а тези за студена – на 600 мл/мин"* в таблицата за съответствие участникът е посочил, че предлаганият хемодиализен апарат притежава програми за дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти, като дебита на потока може да достигне до 800 мл/мин, което се потвърждава и от приложеното Ръководство на оператора. Комисията се запозна подробно с информацията в Ръководството, при което установи, че действително е посочен дебит от 800 мл/мин с пик от 1100 мл/мин, без да става ясно дали става въпрос за студена или топла дезинфекция;

2. По отношение на изискването на Възложителя, описано в т. 19 *„Да притежава контрол на натрия в плазмата"*, участникът е декларирал съответствие с това изискване. За справка е посочена страница от Ръководство на оператора, където, комисията установи, е посочено, че хемодиализния апарат, предлаган от участника, осигурява контрол на натрия в диализния разтвор, а не в плазмата;

3. Относно изискването на Възложителя, конкретизирано в т. 22 *„Да притежава централно блокиране на ходовата част"*, в таблицата за съответствие участникът е посочил, че предлаганият хемодиализен апарат притежава по-стабилна блокировка на ходовата част. След направена от комисията справка в приложените документи се установи, че участникът предлага хемодиализен апарат с блокиране на отделните колела поотделно;

4. По отношение на изискването на Възложителя, описано в т. 23 *„Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор"*, след като се запозна с приложените каталог и ръководство на оператора, комисията установи, че липсва информация, потвърждаваща съответствието с това изискване на Възложителя;

5. Относно условието на Възложителя, посочено в т. 24 *„Да има автоматично адаптиране на диализния поток на базата на зададения кръвен поток"* , участникът е посочил съответствие със същото. Комисията установи, че в приложените каталог и ръководство на оператора не се открива информация, че предложения от участника хемодиализен апарат покрива това условие на Възложителя;

6. По отношение на изискването на Възложителя, конкретизирано в т. 27 *„Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия"*, участникът е потвърдил съответствие на предлагания хемодиализен апарат с това изискване. След като комисията се запозна с приложените каталог и ръководство на оператора се установи, че инсталирането на помпения сегмент на кръвната линия може да се извършва само ръчно, а не полуавтоматично;

7. Относно изискването на Възложителя, описано в т. 29 *„Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата"* участникът е посочил, че предлагания от него хемодиализен апарат има програма за почистване на лицевата част на апарата с по-голям избор от дизенфекционни средства. Комисията се запозна с приложеното Ръководство на оператора и установи, че предлагания от участника хемодиализен апарат няма автоматизирана програма, покриваща този критерий.

Като съобрази горните обстоятелства и предвид разпоредбата на чл.104, ал. 5 от ЗОП, съобразно която извършването на проверки и разяснения по заявени данни от техническите оферти не могат да водят до промени в предложенията, комисията счита че техническата оферта на **МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** не отговаря на задължителните минимални технически изисквания на Възложителя, закрепени в документацията за участие и техническата спецификация по Обособена позиция № 1, поради което същата следва да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т. 2, буква „а" от ЗОП – офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и да не бъде допусната до етап отваряне на ценовото предложение.

**4.** В папка „Техническо предложение" на участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** по Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система са представени следните документи:

- Пълномощно;
- Предложение за изпълнение на поръчката по Приложение № 2 от документацията за участие;
- Оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура;
- Писмо от производителя на медицинската апаратура, че участникът е дистрибутор на продуктите на производителя на територията на Република България от 01.01.2018 г.;
- Декларация от производителя, че участникът има право да предлага продуктите на определени производители на територията на Република България;
- Каталози;
- Извадки от ръководство за употреба;
- Таблица за съответствие с техническата спецификация по Приложение № 3 от документацията за участие;
- Декларация от производителя, че оферираното медицинско оборудване отговаря на техническите изисквания на Възложителя;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по Приложение № 5 от документацията за участие;
- Декларация за срока на валидност на офертата по Приложение № 6 от документацията за участие;
- Декларация за съответствие;
- ЕС сертификат, издаден от нотифициран орган;
- ISO сертификат 13485:2016, издаден на името на производителя;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1.

В предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система участникът предлага срок за доставка на апаратурата – 90 календарни дни; срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – 30 календарни дни от доставката й; срок за обучение на персонала за работа с медицинската апаратура – 30 календарни дни, считано от датата на доставката й; гаранционен срок на предлаганата апаратура – 24 месеца от въвеждането в експлоатация; срок за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период – до 3 работни дни от подаване на сигнала; срок за отстраняване на повредата по време на гаранционния период – до 5 работни дни от подаване на сигнала, този срок се удължава със съответните срокове на доставка, ако частите не са налични в сервиза на изпълнителя; гаранционен срок на резервните части, вложени при ремонт по време на гаранционния период – 6 месеца.

Комисията пристъпи към преглед на представените документи и констатира, че не са налице липсващи такива. При преглед на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации по Обособена позиция № 2. Влязлата в сила документация за участие е задължителна, както за участниците, така и за помощния орган на Възложителя. Съгласно утвърдената техническа спецификация по Обособена позиция № 2 от процедурата, участникът е длъжен да предложи медицинска апаратура-Водоочистваща система, с определени в спецификацията минимални параметри или по-добри. Посочените характеристики са определени като задължителни минимални технически изисквания.

По отношение на предложената от участника **„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** водоочистваща система, комисията установи следните несъответствия с изискванията на Възложителя, конкретизирани в техническата спецификация:

1. Относно условието на Възложителя, посочено в т. 9 *„Модулът за обратна осмоза да бъде мобилен с модулен дизайн, даващ възможност за бъдещо надграждане"* участникът е посочил съответствие с това условие в таблицата за съответствие. Комисията установи, че от приложените каталог и ръководство на оператора не става категорично ясно дали предлаганата водоочистваща система би могла да бъде надградена;

2. По отношение на условието на Възложителя, посочено в т. 18 *„Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за мрежово свързване чрез FTP /File Transfer Protocol/ връзка. Чрез тази връзка да се осъществява достъп до SD /Secure Digital/ картата. Чрез последната да се извършва софтуерно обновяване или евентуална промяна на оперативните данни и настройки на системата. Да има възможност за дистанционно наблюдение от диализната зала, през компютърна мрежа и отдалечен достъп през интернет, чрез вграден в системата web сървър"* участникът е посочил съответствие само по първите два елемента – относно възможността за мрежово свързване чрез FTP /File Transfer Protocol/ връзка и достъп до SD /Secure Digital/ картата. Комисията прегледа внимателно приложените каталог и ръководство на оператора и установи, че от представените документи не става ясно по категоричен начин отговаря ли предлаганата водоочистваща система на всички компоненти на условието на Възложителя, посочени в т. 18 от техническата спецификация на Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система;

3. Относно изискванията на Възложителя, посочени в т. 19 *„Електронния блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за директна връзка между осмоза и компютър чрез crossover /обърнат/ кабел или през компютърна мрежа"* участникът е посочил съответствие на предлаганата водоочистваща система с това условие. След преглед на приложените каталог и ръководство на оператора комисията не успя да установи по категоричен начин съответствие с условието на Възложителя, конкретизирано в т. 19 от Техническата спецификация по отношение на Обособена позиция № 2;

4. По отношение на условието на Възложителя, конкретизирано в т. 20 *„Обратната осмоза да бъде оборудвана със система за пестене на вода, която да бъде „динамична" с цел значително намаляване на разходите за изразходваната вода. Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода, който да е с вместимост 20 литра"* участникът е посочил в таблицата за съответствие, че обратната осмоза е оборудвана със система за пестене на вода, която е „динамична", но не и че притежава буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода. Комисията

разгледа внимателно приложените каталог и ръководство на оператора, при което се установи, че предлаганата от участника водоочистваща система не разполага с буферен съд.

Като съобрази горните обстоятелства и предвид разпоредбата на чл.104, ал. 5 от ЗОП, съобразно която извършването на проверки и разяснения по заявени данни от техническите оферти не могат да водят до промени в предложенията, комисията счита че техническата оферта на **МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД** не отговаря на задължителните минимални технически изисквания на Възложителя, закрепени в документацията за участие и техническата спецификация по Обособена позиция № 2, поради което същата следва да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т. 2, буква „а" от ЗОП – офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и да не бъде допусната до етап отваряне на ценовото предложение.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне до следващия етап на процедурата участника **„СОЛОМЕД" ЕООД** за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

След кратко съгласуване с членовете на комисията, председателят и насрочи следващо, публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници за 14.01.2019 год. от 13:00 ч. в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН" АД, ул. „Васил Априлов" № 63 – II етаж на Терапевтичен блок.

За провеждане на публичното заседание за отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри" на допуснатия участник да бъде публикувано съобщение в електронната преписка на откритата процедура в Профила на купувача на Възложителя, най-малко 2 работни дни преди провеждане на същото.

Комисията приключи работа в 19:30 часа.

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/Петинка Петрова/

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ: 1.....

/Красимира Димитрова-Кирова/

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

2.....

/д-р Недю Недев/

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

3.....

/инж. Росен Желев /

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

4.....

/Светозар Петков/