„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД
гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

РЕШЕНИЕ

№ 14[А]/15.01.2019 г.

На основание чл. 108 т. 1 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и след запознаване с Протоколи № 1/07.01.2019 г., № 2/08.01.2019 г., № 3/14.01.2019 г. и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП - резултат от работата на комисията, назначена със Заповед № 13/07.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”, открита с Решение № 14/23.11.2018 г., д-р Димитър Георгиев Костов – изпълнителен директор на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат – 8 /осем/ броя – I място „СОЛОМЕД” ЕООД с цена за Обособената позиция – 175 680,00 лв. с включен ДДС.

Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система – 1 /един/ брой – I място „СОЛОМЕД” ЕООД с цена за Обособената позиция 59 976,00 лв. с включен ДДС.

II. Определям за изпълнител участника, класиран на първо място по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 – „СОЛОМЕД” ЕООД.

III. След запознаване с Протоколи № 1/07.01.2019 г., № 2/08.01.2019 г., № 3/14.01.2019 г. и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки отстранявам от участие в откритата процедура участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, със следните мотиви:

1. По отношение на Обособена позиция № 1 – Хемодиализен апарат, участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Несъответствията се изразяват в следното:

1.1. При изискване на Възложителя, описано в т. 9 от техническата спецификация *„Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти, като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин, а тези за студена – на 600 мл/мин”* участникът предлага хемодиализен апарат с дебит от 800 мл/мин с пик от 1100 мл/мин, без да става ясно дали става въпрос за студена или топла дезинфекция;

1.2. Относно изискване на Възложителя, описано в т. 19 от техническата спецификация *„Да притежава контрол на натрия в плазмата”*, хемодиализния апарат, който участникът предлага осигурява контрол на натрия в диализния разтвор, а не в плазмата;

1.3. По отношение изискването на Възложителя, конкретизирано в т. 22 от техническата спецификация *„Да притежава централно блокиране на ходовата част"*, участникът предлага хемодиализен апарат с блокиране на отделните колела поотделно;

1.4. Относно изискване на Възложителя, описано в т. 23 от техническата спецификация *„Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор"*, в представените от участника каталог и ръководство на оператора липсва информация, потвърждаваща съответствието с това изискване на Възложителя;

1.5. По отношение условието на Възложителя, посочено в т. 24 от техническата спецификация *„Да има автоматично адаптиране на диализния поток на базата на зададения кръвен поток"*, в представените от участника каталог и ръководство на оператора липсва информация, потвърждаваща съответствието с това изискване на Възложителя;

1.6. При изискване на Възложителя, конкретизирано в т. 27 от техническата спецификация *„Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия"*, от приложените каталог и ръководство на оператора се установи, че инсталирането на помпения сегмент на кръвната линия може да се извършва само ръчно, а не полуавтоматично;

1.7. Относно изискването на Възложителя, описано в т. 29 от техническата спецификация *„Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата"*, от приложеното Ръководство на оператора се установи, че предлагания от участника хемодиализен апарат няма автоматизирана програма, покриваща този критерий.

2. Относно Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система, участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Несъответствията се изразяват в следното:

2.1. Относно условието на Възложителя, посочено в т. 9 от техническата спецификация *„Модулът за обратна осмоза да бъде мобилен с модулен дизайн, даващ възможност за бъдещо надграждане"*, от приложените каталог и ръководство на оператора не става категорично ясно дали предлаганата водоочистваща система би могла да бъде надградена;

2.2. По отношение на условието на Възложителя, посочено в т. 18 от техническата спецификация *„Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за мрежово свързване чрез FTP /File Transfer Protocol/ връзка. Чрез тази връзка да се осъществява достъп до SD /Secure Digital/ картата. Чрез последната да се извършва софтуерно обновяване или евентуална промяна на оперативните данни и настройки на системата. Да има възможност за дистанционно наблюдение от диализната зала, през компютърна мрежа и отдалечен достъп през интернет, чрез вграден в системата web сървър"* участникът е посочил съответствие само по първите два елемента – относно възможността за мрежово свързване чрез FTP /File Transfer Protocol/ връзка и достъп до SD /Secure Digital/ картата, а от представените документи не става ясно по категоричен начин отговаря ли предлаганата водоочистваща система на всички компоненти на условието на Възложителя, посочени в т. 18 от техническата спецификация на Обособена позиция № 2 – Водоочистваща система;

2.3. Относно изискванията на Възложителя, посочени в т. 19 от техническата спецификация *„Електронния блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за директна връзка между осмоза и компютър чрез crossover /обърнат/ кабел или през компютърна мрежа"*, от приложените каталог и ръководство на оператора не се установи по категоричен начин съответствие с условието на Възложителя, конкретизирано в т. 19 от Техническата спецификация по отношение на Обособена позиция № 2;

2.4. По отношение на условието на Възложителя, конкретизирано в т. 20 от техническата спецификация *„Обратната осмоза да бъде оборудвана със система за пестене на вода, която да бъде „динамична" с цел значително намаляване на разходите за изразходваната вода. Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода, който да е с вместимост 20 литра"*, предлаганата от участника водоочистваща система не разполага с буферен съд.

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящото Решение да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача на "МБАЛ – ШУМЕН" АД към електронното досие на обществената поръчка **http://www.mbal-shumen.com/profile/OP-18-08.**

V. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от датата на получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Заличена информация на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Георгиев Костов/

За изпълнителен директор
Д-р Недко Недков
заместник-изпълнителен директор
Заповед за заместване № 19/14.01.19